

菌数測定用簡易培地

黄色ブドウ球菌測定用

コンパクトドライ「ニッスイ」X-SA

CompactDry "Nissui" X-SA

製品コード **06729**

製品コード **06730**

包装 **40枚(4連/袋x10)**

包装 **240枚(4連/袋x60)**

希望納入価格 **8,400円**

希望納入価格 **38,400円**

使用法

組成中の選択剤と発色酵素基質により、黄色ブドウ球菌 (*Staphylococcus aureus*) を選択的に発育させ、鑑別できる。
37±1°C、24±2時間培養後、水色～青色に発色した集落を計測する。

貯法・使用期限

室温。
18ヶ月間。

備考

食品衛生検査指針 (2018)

AOAC・PTM 認証

MicroVal 認証

NordVal 認証

概要

培地成分が乾燥状態で不織布に均一に充填されている。試料液を1mL加えるだけで定量培養が行える。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>

E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

SD1810A